 KISANALITIKA KISANALITIKA Laboratóriumi Szolgáltató Kft. Laboratórium Székhely: H-3792 Sajóbábony, Gyártelep Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231 Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu	Vizsgálati jegyzőkönyv (szennyvíz)	Jegyzőkönyvszám SZ-88/25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------

A NAH által **NAH-1-1613/2023** számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megrendelő neve, címe: TAPI Hungary Industries Kft.,
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Beérkezés dátuma: 2025.02.03.

Vizsgálatok kezdete: 2025.02.03.

Mintavétel helye, címe: TAPI Hungary Industries Kft.
Sajóbábonyi telephelye.,
3792 Sajóbábony, Gyártelep

Vizsgálatok befejezése: 2025.02.10.

Mintavevő: TAPI Hungary Industries Kft.

Mintavétel dátuma: 2025.02.03.

Mintavétel módja: akkreditált/nem akkreditált

Minta iktatószáma	653/25	654/25
Minta megnevezése	ERF-030125-150 ERYTHROMYCIN Fermentlé ERF-030125-150	ERYTHROMYCIN EXTRAHÁLT ÉS oldószermentesített fermentlé ERR9-020125-001
Mintavételi módszer	pont	pont
Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmények	
Kémiai oxigénigény (KOI _k) [mg/l] MSZ ISO 6060:1991	115 000	77 700
Kémiai oxigénigény (KOI _k)* [mg/l] MSZ ISO 6060:1991	69 700	58 900
Biokémiai oxigénigény (BOI)* [mg/l] MSZ EN 1899-1:2000 (visszavont szabvány)	26 600	36 200
Ammónium-nitrogén [mg/l] MSZ 260-9:1988 (visszavont szabvány) 2. fejezet	303	277
Összes nitrogén [mg/l] MSZ 260:12-1987 (visszavont szabvány) 6.3. szakasz	3 410	2 370
Összes lebegőanyag [mg/l] MSZ 260-3:1973 4.fejezet	27 100	9 660
Összes lebegőanyag izzítási maradéka [mg/l] MSZ 260-3:1973 4. fejezet	19 200	6 080

*A vizsgálat elvégzése szűrt mintából történt.


A vizsgálati eredmények kizárólag a megvizsgált mintákra vonatkoznak, a mintavétel felelőssége a Mintavevőt terheli.

A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet.

Sajóbábony, 2025. február 10.

(Handwritten signature)


KISANALITIKA
Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
3792 Sajóbábony, Gyártelep
Tel: +3646 549-231
Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu
Szabó Szilvia
laboratóriumvezető