



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/31/01831-1/2025-005

Hivatkozási sz.: —

Ügyintéző: Horváth Dániel

HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

A hitelesítés tárgya:

mérleg (.....)

	kiértékelő	teherfelvevő
gyártó:	MEETRI-SOFT	—
típus:	MS-01/ MAN - TMS	—
gyártási szám:	19-117	—
mérési határ (Max):	60 000 kg	—
osztásérték (d=):	20 kg	hitelesítési osztásérték (e=): 20 kg
pontossági osztály:	III	—

Hitelesítésre bemutatta:

NB Mérlegjavító Kft., (Mezőkövesd, Bogácsi út 12/2.)

A hitelesítés helye és ideje:

GYÖNGÖS, KÖKÜT UTCA 1.

2025. év június hónap 12. nap

A hitelesítés módja: A hitelesítés a HE 5-2021 jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

Értékelés: A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek **megfelelt**.

Bélyegzés: A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett 1 db 60/25 jelű bélyegzés, 17.88.204 sorszámú öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel, valamint 0 db sorszámú lezáró matrica(ák) tanúsítják.

Érvényesség: A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító és lezáró jelek sértetlensége esetén, továbbá – szoftveres lezárással – a (kiegészítő) adattáblán feltüntetett és a kijelzőre lehívható jelű hitelesítési kód azonossága mellett 2 év, azaz a mérőeszköz

2027. év június hó 12. nap-ig használható hiteles mérésre.

A hatáskörömet és illetékességemet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Az ügyfél a hitelesítésnek a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

GYÖNGÖS, 2025. év június hónap 12. nap

A hitelesítést végezte:

Dr. Alakszai Zoltán főispán nevében és megbízásából:



H. Horváth
Dániel Attila
E3

.....
mérésügyi szakügyintéző

NB MÉRLEGJAVÍTÓ KFT. 3400 Mezőkövesd, Bogácsi út 12/2 Asz.: 27507919-2-05 Cg.: 05-09-034868 Tel.: 06-70-3400-001 E-mail: nbmerlegjavitas@gmail.com		SZERVIZ MUNKALAP		Munkalap száma:
Szerelő(k) neve: <u>GYÖNGYÖS MOLNÁR</u> <u>NYIKES BACÁSI</u> <div style="text-align: center; font-size: small;"> MNH ZRT. Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80. Adószám: 11122496-2-08 VPID szám: H10000051105 Telephely: 3200 Gyöngyös, Kékut u 1. KÖJ: 100 170 690, KTT 100892461 </div>			<input type="checkbox"/> Telephelyi javítás <input type="checkbox"/> Helyszíni javítás / szerelés <input checked="" type="checkbox"/> Hitelesítés <input type="checkbox"/> Kalibrálás <input type="checkbox"/> Garanciális javítás	
Megrendelő neve, címe: Megrendelés, szerződés száma, kelte: Kontakt személy: <u>ZELEI SÁNDOR</u> Tel.: Üzemeltetési hely: <u>GYÖNGYÖS</u> Üzemeltető személy: Tel.:				
Mérlegek megnevezése, típusa, gyári száma: <u>1 db GÖT KÖLÉSI MÉRLEG</u> <u>GÖT 10 - 117</u>			Teljesítési határidő: <u>2015. 06. 12.</u>	
A feladat rövid leírása: <u>HITELESÍTÉS</u>				
Elvégzett javítási munkák: Szerelő tölti ki! <u>A MÉRLEG HITELESÍTÉSÉRE FELKÉSZÍTÉS</u> <u>MÉRLEGEK: KATÓJÁPMAR TÖRTÉLŐ BEMUTATÁSA</u> <u>20T ETALONSÚLY BEKÖZSÍTÉSE, SZACCFÁSA, DAJULÁSA</u> <u>A HITELESÍTÉSI BÍRÓNYELVÉNY ADATÁNAK BEJUTATÁSA</u>				
Felhasznált anyagok:				
Megtett út (oda-vissza): km Km díj: Ft / km Etalonsúly száll.: km Km díj: Ft / km				
A fenti javítási munkák elvégzését és az anyagfelhasználást igazolom, a mérleget kipróbált, üzemképes állapotban átvettem: <div style="text-align: right;"> MNH ZRT. Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80. Adószám: 11122496-2-08 VPID szám: H10000051105 Telephely: 3200 Gyöngyös, Kékut u 1. Mérlegeng száma: FE00028300013 KÖJ: 100 170 690, KTT 100892461 </div> Dátum: <u>2015. 06. 12.</u>				
Mérészszerkezeti tölti ki! <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Hitelesítési díj: Ft+ÁFA Etalonsúly száll.: Ft+ÁFA </div> <div> Anyagköltség: Ft+ÁFA Számlázandó: <u>380.000</u> Ft+ÁFA </div> <div> Utazási költség: Ft+ÁFA Gazdasági vezető: </div> <div> Munkadíj: Ft+ÁFA </div> </div>				



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

EU bejelentett testület: BFKH
Notified body:
Azonosítási szám: 1422
Identification number:

Ügyiratszám: BP/2002/01229-2/2024
File number:
Tanúsítvány száma: LD24.043.32332
Certification number:
Oldal: 1 / 1
Page

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
Certification of Conformity

Az alábbi nem automatikus működésű mérleg
The conformity of the non-automatic weighing instrument

Gyártó / Manufacturer	Kaifeng Group Co., Ltd.
Típus/modell / Type/Model	B6
Gyártási szám / Serial number	B6242021
Mérési határ / Max	2000 kg
Hitelesítési osztásérték / Verification scale interval	1 kg
Pontossági osztály / Accuracy class	III
EU Típusvizsgálati tanúsítvány száma / TAC number	DK0199.439 Revision 1

2014/31/EU irányelvet honosító 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet követelményeinek való megfelelését az MSZ EN 45501:2015 harmonizált szabvány 8.3 pontja szerinti vizsgálat állapította meg.
with the requirement of the 19/2016. (VI. 17.) decree of the Ministry for National Economy implementing the Council Directive 2014/31/EU was established by test referred to in EN 45501:2015 point 8.3.

A termékellenőrzésen alapuló megfelelés a következő felállítási/használati helyre / (g) zónára érvényes.
The Conformity based on product verification is valid for the following place of installation / location / area of use.

$$g = 9,808 \text{ m/s}^2$$

Bélyegzés: A mérőeszköz adattábláján a(z) B259718 sorszámú öntapadó matricá(ka)t és az előírt helyeken B259719-720 azonosító számú lezárásokat alkalmaztunk.

Sealing: The data plate holds the B259718 serial number sticker(s) and the no. B259719-720 sealings on the mandatory places.

Megjegyzés: A nem automatikus működésű mérlegek újrahitelesítési időköze a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet szerint két év Magyarországon.

Note: The verification interval of non-automatic weighing instruments according to the 127/1991. (X. 9.) decree of the Government is two years in Hungary.

Budapest, 2024. április 24.

P. H. / stamp

Polgár István

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
Government Office of the Capital City Budapest
Metrological and Technical Supervisory Department

H-1124 Budapest, Némethölgyi út 37-39. – H-1534 Budapest, Pf.: 919. – Telefon: +36 (1) 458-5800 – Fax: +36 (1) 458-5814
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu – KRID: 146320182

HEU 112-2016-MT-BFKH_170102

* LD26AJ2711.03F73E *