

<b>KONTINEX KFT</b> 6724 Szeged Pacsirta utca 7/A Tel.: 62/498-217 Fax.: 62/498-218	<b>Gyártói (EU) megfelelőségi nyilatkozat</b> <i>EU Declaration of Conformity</i>	Nyilatkozat száma <b>K24 230</b>
--	--	-------------------------------------

Alulírott, a KONTINEX Kft. (6724 Szeged, Pacsirta u. 7/A.) gyártó nevében kijelentem, hogy az alábbi termék megfelel a vonatkozó Európai Irányelveknek, jogszabályoknak és a honosított harmonizált szabványoknak. Az alábbi nem automatikus működésű mérleg 2014/31/EU irányelvet honosító 19/2016 (VI.17.) NGM rendelet követelményeinek való megfelelőségét az MSZ EN 45501:2015 harmonizált szabvány 8.3. pontja szerinti vizsgálat állapította meg. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

*The undersigned authorized representative of the manufacturer KONTINEX Kft. (6724 Szeged, Pacsirta u. 7/A.) declares that the product described below conforms with the requirements of Council Directives, laws and harmonized standards of the Member States. The conformity of the non-automatic weighing instrument – see below - with the requirement of 19/2016. (VI.17.) decree of Ministry of National Economy implementing the Council Directive 2014/31/EU was established by test referred to in EN 45501:2015. point 8.3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.*


Gyártó / Manufacturer:	KONTINEX Kft.	
Cím / Address of manufacturer:	6724 Szeged, Pacsirta u. 7/A.	
Meghatalmazott képviselő / Authorized representative:	dr. Szamosi Ida ügyvezető	
Cím / Address of authorized representative:	6724 Szeged, Pacsirta u. 7/A.	
Típus / Type:	KX-EMX100/111-SL	
Gyártási szám / Serial number:	033034 / 24-M12-08	
A bejelentett szervezet (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság – Azonosítási szám: 1422) elvégezte a típusvizsgálatot és a következő EK Típusvizsgálati Tanúsítványt adta ki / The notified body (Hungarian Trade Licensing Office Metrological Authority – Identification No. : 1422) has executed the type approval and issued the following EC-type approval certificate:		Th-8761/02/2015.
Megnevezés / Name:	Hídmérleg	
A termék kereskedelmi jele / Model:	SL	
2014/31/EU 2014/30/EU 2014/35/EU 2011/65/EU 2006/42/EK	Nem automatikus működésű mérlegek / Non-automatic Weighing Instruments Elektromágneses összeférhetőség / Electromagnetic Compatibility Kisfeszültségű berendezések / Low Voltage Directive Egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról / RoHS Directive Gépek / Machinery Directive	
19/2016. (VI.17.) NGM  31/1999. (VI.11.) GM-KHVM 23/2016. VII.7.) NGM  374/2012. (XII.18.) Korm.  16/2008. (VIII.30.) NFGM	A nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (továbbiakban NAWI irányelv) honosító, a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról / Non-Automatic Weighing Instruments Az elektromágneses összeférhetőségről / Electromagnetic Compatibility A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről / Safety requirements for electrical equipments Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról / Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipments. A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról / Safety of machinery	
MSZ EN 45501:2015	2015	Nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményei és vizsgálata / Metrological aspects of non-automatic weighing instruments
MSZ EN 61000-4-30:2015	2015	Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 4-30 rész. Vizsgálati és mérési módszerek. Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-30. Testing and measurements techniques.
MSZ EN 61010-1:2011	2011	Villamos mérő-szabályzó és laboratóriumi készülék biztonsági előírásai / Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
MSZ 2364/MSZ HD 60364-6.	2017	Épületek villamos berendezéseinek létesítése / Kisfeszültségű villamos berendezések/ Electrical installation of buildings /Low-voltage electrical equipments.
MSZ EN 60204-1:2010	2019	Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei / Safety of machinery. Electrical equipment of machines
A 2014/31/EU irányelv szerinti EU felügyeletet végrehajtó bejegyzett testület azonosító száma / Identification number of the notified body that has carried out the EU surveillance referred to the Council Directive 2014/31/EU		1422

**Egyéb hivatkozások:** amennyiben a hitelesítési kötelezettség fennáll, a nem-automatikus működésű mérleg időszakos hitelesítési időköze Magyarországon a többször módosított 127/1991. (IX.9.) Kormányrendelet szerint 2 év.

**Additional references:** If the product is legal for trade, the verification interval of the non-automatic weighing instrument is in Hungary two years with conformance to the executive decree amended 127/1991. (IX.9.).

Szeged, 2024. február 20.

dr. Szamosi Ida  
ügyvezető

  
**KONTINEX Kft.**  
**SZEGED**



<b>KONTINEX KFT</b> 6724 Szeged Pacsirta utca 7/A Tel.: 62/498-217 Fax.: 62/498-218	<b>Gyártói (EU) megfelelőségi nyilatkozat</b> <i>EU Declaration of Conformity</i>	Nyilatkozat száma <b>K23 204</b>
--	--	-------------------------------------

Alulírott, a KONTINEX Kft. (6724 Szeged, Pacsirta u. 7/A.) gyártó nevében kijelentem, hogy az alábbi termék megfelel a vonatkozó Európai Irányelveknek, jogszabályoknak és a honosított harmonizált szabványoknak. Az alábbi nem automatikus működésű mérleg 2014/31/EU irányelvet honosító 19/2016 (VI.17.) NGM rendelet követelményeinek való megfelelőségét az MSZ EN 45501:2015 harmonizált szabvány 8.3. pontja szerinti vizsgálat állapította meg. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

*The undersigned authorized representative of the manufacturer KONTINEX Kft. (6724 Szeged, Pacsirta u. 7/A.) declares that the product described below conforms with the requirements of Council Directives, laws and harmonized standards of the Member States. The conformity of the non-automatic weighing instrument – see below – with the requirement of 19/2016. (VI.17.) decree of Ministry of National Economy implementing the Council Directive 2014/31/EU was established by test referred to in EN 45501:2015. point 8.3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.*

Gyártó / Manufacturer:	KONTINEX Kft.	
Cím / Address of manufacturer:	6724 Szeged, Pacsirta u. 7/A.	
Meghatalmazott képviselő / Authorized representative:	dr. Szamosi Ida ügyvezető	
Cím / Address of authorized representative:	6724 Szeged, Pacsirta u. 7/A.	
Típus / Type:	KX-EMX100/112-LMG	
Gyártási szám / Serial number:	130134 / 23-1,5-18	
A bejelentett szervezet (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság – Azonosítási szám: 1422) elvégezte a típusvizsgálatot és a következő EK Típusvizsgálati Tanúsítványt adta ki / The notified body (Hungarian Trade Licensing Office Metrological Authority – Identification No. : 1422) has executed the type approval and issued the following EC-type approval certificate:		Th-8761/02/2015.
Megnevezés / Name:	Raktári mérleg	
A termék kereskedelmi jele / Model:	LMG	
2014/31/EU 2014/30/EU 2014/35/EU 2011/65/EU 2006/42/EK	Nem automatikus működésű mérlegek / Non-automatic Weighing Instruments Elektromágneses összeférhetőség / Electromagnetic Compatibility Kisfeszültségű berendezések / Low Voltage Directive Egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról / RoHS Directive Gépek / Machinery Directive	
19/2016. (VI.17.) NGM  31/1999. (VI.11.) GM-KHVM 23/2016. VII.7.) NGM  374/2012. (XII.18.) Korm.  16/2008. (VIII.30.) NFGM	A nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (továbbiakban NAWI irányelv) honosító, a nem automatikus működésű mérleg méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról / Non-Automatic Weighing Instruments Az elektromágneses összeférhetőségről / Electromagnetic Compatibility A meghatározott feszültség határon belüli használatra tervezett villamosági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről / Safety requirements for electrical equipments Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról / Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipments. A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról / Safety of machinery	
MSZ EN 45501:2015	2015	Nem automatikus működésű mérleg méréstechnikai követelményei és vizsgálata / Metrological aspects of non-automatic weighing instruments
MSZ EN 61000-4-30:2015	2015	Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 4-30 rész. Vizsgálati és mérési módszerek. Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-30. Testing and measurements techniques.
MSZ EN 61010-1:2011	2011	Villamos mérő-szabályzó és laboratóriumi készülék biztonsági előírásai / Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
MSZ 2364/MSZ HD 60364-6.	2017	Épületek villamos berendezéseinek létesítése / Kisfeszültségű villamos berendezések / Electrical installation of buildings / Low-voltage electrical equipments.
MSZ EN 60204-1:2010	2019	Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei / Safety of machinery. Electrical equipment of machines
A 2014/31/EU irányelv szerinti EU felügyeletet végrehajtó bejegyzett testület azonosító száma / Identification number of the notified body that has carried out the EU surveillance referred to the Council Directive 2014/31/EU		1422

**Egyéb hivatkozások:** amennyiben a hitelesítési kötelezettség fennáll, a nem-automatikus működésű mérleg időszakos hitelesítési időköze Magyarországon a többször módosított 127/1991. (IX:9.) Kormányrendelet szerint 2 év.

**Additional references:** If the product is legal for trade, the verification interval of the non-automatic weighing instrument is in Hungary two years with conformance to the executive decree amended 127/1991. (IX.9.).

Szeged, 2023. július 17.

dr. Szamosi Ida  
ügyvezető

KONTINEX Kft.  
SZEGED  
*[Signature]*