



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS MÉRÉSÜGYI FŐOSZTÁLY

Ügyiratszám: BP/2002/000875-2/2024/01

HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

Az 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, valamint a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és a 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

A hitelesítés tárgya:

mérleg (közvetlen)

gyártó:	Kiértékelő Mérleg - GSF	Teherfelvétel KONTINEX
típus:	ETIX 100/III	KU/USH - 200/II
gyártási szám:	P 29835	5015/29
mérési határ (Max):	60.000 kg	
osztásérték (d =):	20 kg	hitelesítési osztásérték (e =): 20 kg
pontossági osztály:	M	

Hitelesítésre bemutatta:

KRONUS KFT.

1152 Budapest, Dobó u. 32.

A hitelesítés helye és ideje:

BKK Nonprofit Zrt.
Pusztázásor

1.

2024. év március hó 27. nap

A hitelesítés módja: A hitelesítés a HE 5-2021 jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

Értékelés: A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek **megfelelt**.

Bélyegzés: A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett 1 db 83/24 jelű bélyegzés, 11812505 sorszámu öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel valamint B309701; B209953; 5088531 sorszámu lezáró matrica(ák) tanúsítják.

Érvényesség: A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító jel sértetlensége esetén, továbbá – szoftveres lezárással – a (kiegészítő) adattáblán feltüntetett és a kijelzőre leolvasható jelű hitelesítési kód azonossága mellett 2 év, azaz a mérőeszköz

2026. év március hó 27. nap-ig használható hiteles mérésre.


(A hiteles állapot folyamatos fenntartása érdekében az újrakalibrálást a hitelesség érvényének lejártá előtt legalább 30 nappal meg kell rendelni.)

A hatáskörömet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete állapítja meg.

Az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Budapest, 2024. március 27.

A hitelesítést végezte: Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető Főispán nevében és megbízásából.



Guróczy Károly metrológus

Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály - Mechanikai és Közvetlen Hitelesítések Osztálya

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; 1535 Bp., Pf.: 922.

Telefon: +36 (1) 458-5987; Fax: +36 (1) 458-5931; Vagyvolgyi.Pal@bfkh.gov.hu; mmbh@bfkh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS MÉRÉSÜGYI FŐOSZTÁLY

ügyiratszám: BP/2002/0...¹⁴⁸⁸-2/2024/00...⁰¹

hivatkozási szám:

HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

Az 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, valamint a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és a 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

A hitelesítés tárgya: mérleg (külti híd)
gyártó: Mérleg GSM
típus: EMX 100/11K
gyártási szám: 014934
mérési határ (Max): 60000 kg
osztásérték (d =): 20 kg hitelesítési osztásérték (e =): 20 kg
pontossági osztály: II

Hitelesítésre bemutatta:

A hitelesítés helye és ideje:

Kronus Kft
1152 Bp. Dobo u. 32.
MCHU Budapest Zrt.
(1081 Bp. Alföld u. 7.) 2009 Puskas-tér hrsz. 073
2024. év május hó 23 nap

A hitelesítés módja: A hitelesítés a HE 5-2021 jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

Értékelés: A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek **megfelelt**.

Bélyegzés: A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett db jelű bélyegzés, M. 735057 sorszámú öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel valamint 6242318, 6259414 - 418 sorszámú lezáró matrica(ák) tanúsítják.

Érvényesség: A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító és lezáró jelek sértetlensége esetén, továbbá – szoftveres lezárással – a (kiegészítő) adattáblán feltüntetett és a kijelzőre lehívható jelű hitelesítési kód azonossága mellett **2 év**, azaz a mérőeszköz

2026. év május hó 23 nap-ig használható hiteles mérésre.


(A hiteles állapot folyamatos fenntartása érdekében az újrakalibrálást a hitelesség érvényének lejártá előtt legalább 30 nappal meg kell rendelni.)

A hatáskörömet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete állapítja meg.

Az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Budapest 2024. 05 23

A hitelesítést végezte: Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető Főispán nevében és megbízásából.



[Signature]
mérnök