



Cegléd Cegléd

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS MÉRÉSÜGYI FŐOSZTÁLY

ügyiratszám: BP/2002/01665-2/2023/00.5.

hivatkozási szám:

HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

Az 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, valamint a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és a 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

A hitelesítés tárgya: mérleg (.....*7110*.....)
gyártó: *KONTINEX*
típus: *KX-EMX 1001111*
gyártási szám: *EO3936107-11-04*
mérési határ (Max): *60.000 kg*
osztásérték (d =): *20 kg* hitelesítési osztásérték (e =): *25 kg*
pontossági osztály: *1/1*

Hitelesítésre bismutatta: *Balázs Imre*
2700 Cegléd, Etelka utca 1.

A hitelesítés helye és ideje:

2023 év június hó 21. nap

DTKH (36.)
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Kista: 248. 0737/12.hrsz.
Levelezési cím: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Adószám: 12564392-2-03

A hitelesítés módja: A hitelesítés a HE 5-2021 jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

Értékelés: A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek *megfelelt*.

Bélyegzés: A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett *2 db* 63/23..... jelű bélyegzés, M.....*6225-12* sorszámú öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel*0748.766-570*....., sorszámú lezáró matrica(ák) tanúsítják.

Érvényesség: A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító és lezáró jelek sértetlensége esetén, továbbá – szoftveres lezárással – a (kiegészítő) adattáblán feltüntetett és a kijelzőre lehívható jelű hitelesítési kód azonossága mellett *2 év*,

azaz a mérőeszköz *2025 év június hó 21. nap-ig* használható hiteles mérésre.

(A hiteles állapot folyamatos fenntartása érdekében az újrahitelesítést a hitelesség érvényének lejártá előtt legalább 30 nappal meg kell rendelni.)

A hatáskörömet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés és 1. sz. melléklete állapítja meg.

Az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Budapest, 2023 év június hó 21. nap

A hitelesítést végezte: Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető Főispán nevében és megbízásából.



P. H.
Knizner Viktor
metrológus
63

Knizner Viktor
Knizner Viktor
metrológus